

Утвърдил:

Изп. директор

Тенев

2019

ПРОТОКОЛ №2

На 29.03.2019 г. в 10,30 часа, на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и в изпълнение на Заповед №РД-09-192-1/21.03.2019 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, се проведе заседание на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение №РД-09-192/26.02.2019 г., с предмет: „Оборудване и обзавеждане на лаборатории към акредитирана Изпитвателна лаборатория при „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас“, по две обособени позиции (ОП).

Комисията се събра в пълен състав, както следва:

Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»

Членове:

2. инж. Оля Костадинова, р-л Изпитвателна лаборатория
3. инж. Даниела Рогачева, р-л сектор Отпадъчни води
4. Донка Кондакова, р-л отдел «Човешки ресурси»
5. Георги Мръчков, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»

С писмо изх. №ОП-26-6/27.03.2019 г изпратено по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Протокол №1 на комисията бе предоставен на участниците в процедурата, като с цитирания протокол комисията е информирала участниците за възможността за представяне на допълнителни документи, във връзка с констатирани в цитирания протокол липса и непълнота на информацията в представените от участниците ЕЕДОП.

В изискуемия срок, в деловодството на Възложителя са постъпили допълнително документи от „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, с вх. №ОП-26-7/29.03.2019 г. - допълнително е представен нов ЕЕДОП, надлежно подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

След изтичане на предоставения срок, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

„Медицинска Техника Инженеринг” ООД - представените от участника документи и информация, включително допълнително предоставените, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е представил нов електронен ЕЕДОП, надлежно подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. При прегледа Комисията установи, че е спазена установената форма и срок на валидност; документите са подписани от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя, посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническото му предложение.

Коментар по техническите предложения на допуснатите участници:

1. „Инфолаб” ООД, участващ за ОП 2 - Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и

приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако обществената поръчка им бъде възложена, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на договора. Декларира, че са съгласни и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на тяхната оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката ОП 2:

1. Предлага да изпълни доставката на съответното оборудване/апаратура в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.

2. Предлага гаранционно сервизно обслужване на доставеното оборудване/апаратура 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждането ѝ в експлоатация и провеждане на обучение за работа с нея.

3. Предоставя следните интернет адреси на производителите (с линкове към електронни каталози, и/или технически спецификации на съответното оборудване/апаратура)
<https://www.analvtik-iena.com/products/elemental-analvsis/icp-ms/plasmaqiiant-ms/>;
[http://cem.com/mars-6](http://cem.com/mars-6;);
<http://www.vortice.coin/en/commercial-ventilation/elicocentrifughi/in-line/17004>

4. Декларира, че доставеното оборудване/апаратура е фабрично ново, нерестрицирано, неупотребявано, окомплектовано с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация. Доставеното оборудване/апаратура не е спряно от производство към датата на подаване на документите за участие.

5. Декларира, че тяхната оферта съдържа техническо предложение за доставка на всички артикули, включени в обособената позиция, за която участва.

6. Декларира, че ще извършат транспортно опаковане на оборудването/апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставеното оборудване/апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител, произход и модел.

7. Предлага следните срокове за изпълнение:

- Инсталация - 3 (три) работни дни след доставка на съответното оборудване/апаратура.
- Монтаж - 3 (три) работни дни след инсталация на съответното оборудване/апаратура.
- Тестване - 3 (три) работни дни след монтажа на съответното оборудване/апаратура.
- Въвеждане в експлоатация - 3 (три) работни дни след тестване на съответното оборудване/апаратура.
- Обучение на персонала - 3 (три) работни дни след въвеждане в експлоатация на съответното оборудване/апаратура.
- Продължителност на обучението на персонала 5 (пет) работни дни след започването му.

8. Гарантира, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани за тяхна сметка, в т.ч. транспортните разходи, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирани части и други, гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължава за своя сметка да извършва допълнителни настройки на апаратурата.

9. Приема, че гаранцията на Апаратурата включва:

- профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител, но не по-малко от 1 (един) път годишно;
- отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на възложителя;

10. Оферираното оборудване/апаратура притежава минимални технически характеристики и технически преимущества, подробно описани в Образец №3.1 към Техническото предложение. За удостоверяване на заявените обстоятелства представя:

– официален документ от производителя, от който са видни данните на оферираното оборудване/апаратура.

Прилага към техническото предложение:

1. Образец №3.1 - Техническо предложение в табличен вид.
2. За ОП 2 - Образец №3.1.1 - Технически характеристики и функционални изисквания, подлежащи на оценка.
3. Документи издадени от производителя с превод на български език, съдържащи техническите параметри и функционални характеристики на оферираното оборудване/апаратура.
4. Оторизационно писмо (*удостоверяващо предоставени на участника права за извършване на продажба, инсталиране и въвеждане в експлоатация, гаранционен и следгаранционен сервиз и обучение с предлаганото оборудване/апаратура*) от производителя на оферираното оборудване/апаратура със срок на валидност за годината на инсталирането на оборудването/апаратурата.
5. Заверено копие на сертификат за СЕ маркировка/декларация за съответствие със СЕ маркировка или еквивалент или декларация за съответствие съгласно ЕС норми, издадена от производителя или упълномощен негов представител.

Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Не са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 146, ал. 1 от ЗОП. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап оценка по технически показатели ОП 2.

Вземайки в предвид утвърдената методика за оценка по ОП 2, Комисията пристъпи към оценка по технически показатели в техническото предложение на участника. Технически параметри, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,60 се получават по следната формула: $\Pi 1(n) = 0,60 \times T_{тп}(n)$. Точките по този показател са сбор от точките, присъдени за отделните технически параметри на предлаганата лабораторна апаратура и оборудване, посочени в таблица №2, неразделна част от протокола. Класиране по технически показатели на допуснатият участник по ОП 2: „Инфолаб” ООД - 60,00 точки.

Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовото му предложение по ОП 2.

2. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, участващ за ОП 1 - Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако обществената поръчка им бъде възложена, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора. Декларира, че са съгласни и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на тяхната оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката ОП 1:

1. Предлага да изпълни доставката на съответното оборудване/апаратура в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.

2. Предлага гаранционно сервизно обслужване на доставеното оборудване/апаратура 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждането ѝ в експлоатация и провеждане на обучение за работа с нея.

3. Предоставя следните интернет адреси на производителите (с линкове към електронни каталози, и/или технически спецификации на съответното оборудване/апаратура)

www.faster-air.com;

https://www.faster-air.com/images/pdf/ChemFAST_Premium_Eng.pdf;

https://www.faster-air.com/media/com_hikashop/upload/safe/safefast-elite.pdf.

4. Декларира, че доставеното оборудване/апаратура е фабрично ново, нерещиклирано, неупотребявано, окомплектовано с всички принадлежности, необходими за правилната работа

и въвеждане в експлоатация. Доставеното оборудване/апаратура не е спряно от производство към датата на подаване на документите за участие.

5. Декларира, че тяхната оферта съдържа техническо предложение за доставка на всички артикули, включени в обособената позиция, за която участва.

6. Декларира, че ще извършат транспортно опаковане на оборудването/апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставеното оборудване/апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител, произход и модел.

7. Предлага следните срокове за изпълнение:

- Инсталация - 10 (десет) работни дни след доставка на съответното оборудване/апаратура.
- Монтаж - 10 (десет) работни дни след инсталация на съответното оборудване/апаратура.
- Тестване - 5 (пет) работни дни след монтажа на съответното оборудване/апаратура.
- Въвеждане в експлоатация - 5 (пет) работни дни след тестване на съответното оборудване/апаратура.
- Обучение на персонала - 5 (пет) работни дни след въвеждане в експлоатация на съответното оборудване/апаратура.
- Продължителност на обучението на персонала 2 (два) работни дни след започването му.

8. Гарантира, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани за тяхна сметка, в т.ч. транспортните разходи, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирани части и други, гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължава за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

9. Приема, че гаранцията на Апаратурата включва:

- профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител, но не по-малко от 1 път годишно;
- отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на възложителя;
- актуализации на специализирания софтуер (ако е приложимо).

10. Оферираното оборудване/апаратура притежава минимални технически характеристики и технически преимущества, подробно описани в Образец №3.1 към Техническото предложение. За удостоверяване на заявените обстоятелства представя:

– на хартиен носител: (каталози, проспекти, брошури, технически спецификации от производителя) с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване/апаратура, както следва: за камините Брошура от Faster – SafeFast Premium – стр.1 до 8, с превод на български език; за лам. бокс Брошура от Faster – SafeFast Elite – стр.1 до 6, с превод на български език;

– точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на производителя на оборудването/апаратурата, от където са видни техническите характеристики на оферираното оборудване/апаратура:

www.faster-air.com,

https://www.faster-air.com/images/pdf/ChemFAST_Premium_Eng.pdf,

https://www.faster-air.com/media/com_hikashop/upload/safe/safefast-elite.pdf, с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за оферираното оборудване/апаратура, както следва: SafeFast Premium – стр.1 до 8, SafeFast Elite – стр.1 до 6.

– официален документ от производителя, от който са видни данните на оферираното оборудване/апаратура - за лабораторното обзавеждане приложено визуално описание, общо 23 стр.

Прилага към техническото предложение:

1. Образец №3.1 - Техническо предложение в табличен вид.

2. Документи издадени от производителя с превод на български език, съдържащи техническите параметри и функционални характеристики на оферираното оборудване/апаратура.

3. Оторизационно писмо (удостоверяващо предоставени на участника права за извършване на продажба, инсталиране и въвеждане в експлоатация, гаранционен и следгаранционен сервиз и обучение с предлаганото оборудване/апаратура) от производителя на оферираното оборудване/апаратура със срок на валидност за годината на инсталирането на оборудването/апаратурата.

4. Заверено копие на сертификат за СЕ маркировка/декларация за съответствие със СЕ маркировка или еквивалент или декларация за съответствие съгласно ЕС норми, издадена от производителя или упълномощен негов представител.

Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника по ОП 1. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Не са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 146, ал. 1 от ЗОП. Вземайки предвид посоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения по ОП 1.

Чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложим, предвид обстоятелството, че са допуснати двама участници.

Предвид изложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, на основание чл.57 от ППЗОП комисията за провеждане на процедурата приключи разглеждането на техническите предложения в офертите на допуснатите участници, извърши оценка по технически показателив следствие на което ще пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” по съответните обособени позиции.

Отварянето на Плик „Предлагани ценови параметри” ще се извърши на 09.04.2019 г. от 10,30 часа в Конферентна зала №305, ет.3 в сградата на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3.

Комисията приключи работата си на 04.04.2019 г. в 10.30 ч.

Приложения неразделна част от протокола:

1. Таблица №2 за техническа оценка на участника по ОП 2.

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Оля Костадинова
3. инж. Даниела Рогачева
4. Донка Кондакова
5. Георги Мръчков

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Таблица №2 - техническа оценка по Обособена позиция (ОП) 2 - Доставка, инсталиране и гаранционен сервиз на индуктивно свързана плазма масспектрометър (ICP-MS) и обучение за работа с него.

		Показател 1 „Технически параметри“ (П 1) - П 1(н) = 0,60 × Тгп(н)										Общо точки	П 1	
№ по ред	Входящ №	Участник	Долна граница на обхвата на работната мощност на радиочестотния генератор.		Интегрирана в скимър-конуса колизионно-реакционна клетка с компютърно управление на газовите потоци за елиминиране на полиатомни пречения преди постъпването на анализируемите йони в йонната оптика.		Скорост на сканиране на квадрупол с работна честота по-голяма от или равна на 3.0 MHz. По-голяма от или равна на 5100 amu/sec при сканиране от Li до U със събиране на данни при минимум 40 маси в този интервал. По-голяма от или равна на 5050 amu/sec, но по-малка от 5100 amu/sec при сканиране от Li до U със събиране на данни при минимум 40 маси в този интервал. По-голяма от или равна на 5000 amu/sec, но по-малка от 5050 amu/sec при сканиране от Li до U със събиране на данни при минимум 40 маси в този интервал.		Изцяло цифрова детекторна система, работеща в режим броење на импулси и покриваща в цифров режим линеен динамичен диапазон от минимум 10 порядъка.		Температурен контрол на модула за пробоподготовка чрез измерване на реалната температура на пробата, а не температурата на стената на съдовете, без използване на сонда с фибер оптика.			
			Параметър	Точки	Наличие	Точки	Параметър	Точки	Наличие	Точки	Наличие	Точки	Наличие	Точки
1	ОП-26-4/20.03.2019 г.	„Инфолаб“ ООД	300W	20,00	наличие	20,00	5115 amu/sec	20,00	Налична, покриваща диапазон от 11 порядъка	20,00	наличие	20,00	100,00	60,00

чл. 4 от Регламент (ЕС) 21

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Оля Костадинова
3. инж. Даниела Рогачева
4. Донка Кондакова
5. Георги Мръчков